

Power-PRO™ 2

Spezifikationen



Modellnummer	6507
Höhe* (stufenlose Höhenpositionierung zwischen niedrigster und höchster Position)*	
Höchste Position	104 cm
Niedrigste Position	36,6 cm
Länge	
Eingezogen**	152,4 cm
Mittel	205,7 cm
Ausgezogen	213,4 cm
Breite gesamt	57,4 cm
Gewicht***	59 kg
Räder	
Durchmesser	15 cm
Breite	5 cm
Verstellbarkeit	
Rückenlehne	0–75°
Schocklagerung	+15°
Knee-Gatch	30°
Maximale Gewichtskapazität	318 kg
Höchstgewicht für eigenständiges Anheben	318 kg
Erforderliche Mindestanzahl an Bedienern	
Belegte Fahrtrage	2
Nicht belegte Fahrtrage	1
Empfohlenes Befestigungssystem	
Power-LOAD	Modell 6390
Performance-LOAD	Modell 6392
Bodenmontage	Modell 6370 oder 6377
Wandmontage	Modell 6371
Empfohlene Ladehöhe †	Bis zu 91 cm
Transporthöhe (ohne Matratze)	63,5 cm
Akku (650700080301)	25,6 V DC LiFePO4
Ladegerät (650700450301)	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A, 12–34 V DC, 5 A
Normen ††	ANSI/AAMI ES 60601-1, 60601-1-12, 60601-1-2, BS EN 1865-2, BS EN 1865-3, AS/NZS-4535, SAE J3027, BS EN-1789, BS EN 597-1, 16 CFR 1632

Smart Equipment Management (SEM)

Spezifikationen

Datenverbrauch	64 kB pro Statusmeldung. Statusmeldungen werden minütlich gesendet, sofern eine Internetverbindung besteht und das Gerät eingeschaltet ist oder über ein induktives Ladegerät aufgeladen wird.
Verschlüsselung	AES und TKIP (TKIP wird bei WPA2 nicht unterstützt)
Anzahl an Wi-Fi Konfigurationen	10 WIFI Profile
Authentifizierung	WPA-Personal/-Enterprise und WPA2-Personal/-Enterprise
Frequenzbereich	2,4 GHz, 5 GHz
Protokoll/Port	Verschlüsseltes HyperText Transfer Protocol (HTTPS)
Verbindung	TLS 1.0, 1.1, 1.2; Verschlüsselung mit 128 Bit oder höher
RSA	2048 Bit Schlüssellänge

- * Die Höhe wird von der Unterseite der Matratze im Sitzbereich bis zum Boden gemessen.
- ** Bei eingezogenem Fuß- und Kopfende der Fahrtrage.
- *** Gewichtsbestimmung der Fahrtrage mit einem Akku, ohne Matratze und Rückhaltesystem.
- ↑ Geeignet für Beladekanter bis 91 cm.
- ↓ Beachten Sie die Bedienungsanleitung für weitere Informationen zu Normen, die spezifische Optionen erfordern.

Dieses Dokument ist ausschließlich für medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt keine medizinische Beratung und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte. Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Produktangebots von Stryker darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker Produkts muss das medizinische Fachpersonal stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten. Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und/oder medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker Vertreter. Die Stryker Corporation, ihre Tochterunternehmen oder sonstige verbundene Unternehmen sind Eigentümer, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: Power-LOAD, Power-PRO, Power-PRO 2 und Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer. Die dargestellten Produkte besitzen eine CE-Kennzeichnung gemäß geltenden EU-Verordnungen und -Richtlinien: Klasse I, Stryker.